Prüfbericht-Nr.: *Test Report No.:*	**60392145 001**	**Auftrags-Nr.:** *Order No.:*	244230740	Seite 1 von 121 *Page 1 of 121*
Kunden-Referenz-Nr.: *Client Reference No.:*	1809187	**Auftragsdatum:** *Order date:*	2020-04-16	
Auftraggeber: *Client:*	**Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd.** Haier Industrial Park, Economic Technology Development Zone, Qingdao 266510, P.R.China			
Prüfgegenstand: *Test item:*	**Cryogenic freezer**			
Bezeichnung / Typ-Nr.: *Identification / Type No.:*	**DW-150W209**			
Auftrags-Inhalt: *Order content:*	**Type test**			
Prüfgrundlage: *Test specification:*	**EN 61010-1:2010 +A1 / IEC 61010-1:2010 +A1** **EN 61010-2-011:2017 / IEC 61010-2-011:2016**			
Wareneingangsdatum: *Date of sample receipt:*	2020-02-20			
Prüfmuster-Nr.: *Test sample No.:*	A20200711004			
Prüfzeitraum: *Testing period:*	2020-07-20 to 2021-02-20			
Ort der Prüfung: *Place of testing:*	Qingdao Profound Testing Technology Service Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: *Testing laboratory:*	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: *Test result*:*	Pass			



überprüft von: *reviewed by:*	Lihong Xiong	**genehmigt von:** *authorized by:*	Xiaojun Ding
Datum: *yyyy.mm.dd Date:*	2021-03-18	**Datum:** *yyyy.mm.dd Date:*	2021-03-18
Stellung / *Position:*	PE	**Stellung** / *Position:*	Reviewer

Sonstiges / Other:
- Attachment 1: Test report of IEC 61010-2-011:2016 /EN 61010-2-011:2017 (27 Pages)
- Attachment 2: Photo Documentation (32 Pages)
- Attachment 3: Acceptance test report CN21NH31 001for pressure controller (64 Pages)
- Attachment 4: Acceptance test report CN21BYCD 001 for solenoid valve (35 Pages)

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: *Condition of the test item at delivery:*	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged

* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut	3 = befriedigend F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar	5 = mangelhaft N/T = nicht getestet
Legend:	*1 = very good* *P(ass) = passed a.m. test specification(s)*	*2 = good*	*3 = satisfactory* *F(ail) = failed a.m. test specification(s)*	*4 = sufficient* *N/A = not applicable*	*5 = poor* *N/T = not tested*

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.
V05